



T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : 65355327/934.01.99

Konu : Piyasa Teklifi

PİYASAYA

Müdürlüğümüz Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkanlığının Acil Sağlık Hizmetleri Biriminde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen cins ve miktarları yazılı mal alımı piyasadan satın alınacağından, KDV hariç birim fiyat toplamının ekteki listeye yazılarak tekliflerinizin 14/03/2019 tarihine kadar Müdürlüğümüz Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim. Saat 14.00 sayı teklif

İhsan-Emre YILDIRIM
Biyomedikal Mühendisi

SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	AÇIKLAMA-UBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	TAŞINABİLİR KÜVÖZ SEDYESİ	1	ADET			

Firma/Kaşe/İmza

NOT : 1- Nakliye, vs. masraflar satıcı firmaya aittir.

Ek : 1-Teknik Şartname

AMBULANS KÜVÖZ SEDYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sedye; TSE, TSEK, ISO veya uluslararası kabul görmüş standartlardan birine sahip olmalıdır ve teklifte belgelendirilmelidir. Sedye, ambulans araçlarında ve hastane içerisinde kullanıma uygun olmalıdır.

Sedye, aşağıda belirtilen özellikleri karşılamalıdır;

- Sedye üzerinde; sedyenin seri numarası, imalat tarihi, tipi, CE ibaresi, üretici firmanın unvan ve adres bilgilerinin yer aldığı ürün etiketi bulunmalıdır.
- Özel alaşımlı sertleştirilmiş alüminyum borulardan (AA6351/AA380) ve değişebilir enjeksiyon dökümlerden oluşmalı, elektrostatik toz boya ile boyalı veya eloksallı imal edilmiş olacaktır.
- Sedye, Uzunluk 1965 +/-50mm. Yükseklik (kapalı) 265 +/- 50mm. Yükseklik (açık) 825 +/- 50mm. Genişlik 560 +/- 20mm. ebatlarında olmalı ve 200 kg. taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Sedye ağırlığı en fazla 36 kg. olmalıdır.
- Sedye, mevcut kilit kollarına basılarak araç içine doğru itilince önce ön ayakları sonra arka ayakları katlanmalı ve kilitleme mekanizmasına kilitlemelidir.
- Sedeyi çıkarmak için kilit butonuna basılarak, sedye geriye doğru çekilerek araç dışına çıkarıldığında ön ve arka ayakları kendiliğinden açılmalıdır. Bu sistem ile sedyenin bir kişi tarafından rahatlıkla ambulansa yüklenmesi ve ambulandan çıkartılması sağlanmalıdır.
- Yüklendiğinde hasta bölmesi tabanına yerleştirilmiş, deforme olmayan emniyetli bir kilit sistemiyle bağlanabilir olmalıdır.
- Sedye ayakları minimum 150 mm. çapında tekerleklerle donatılmış olmalı ve ön taraftaki tekerlerde kilit mekanizması bulunmalıdır.
- Sedye, imalat hatalarına en az 2 yıl garantili olmalı ve 10 yıl süre ile yedek parça temin garantisi verilmelidir.
- Ayak kısmı tek kademedeki kaldırılabilir. Sedyenin her araca rahatlıkla yükleyebilmesi için hareketli ön teker mekanizması bulunmalıdır.
- Bu sedye ile birlikte, sedye kilidi, sedye sabitleyicisi (ön tutucu) birlikte verilmelidir.
- Sedye üzerine küvöz yerleştirilebilmesine imkan sağlamalıdır.
- Sedye turkuaz renkte olmalıdır.

Mevlüt KAHRAMAN
Acil Tıp Teknisyeni

Dr. Turgay KUŞ
Başhekim Yardımcısı

Dr. Fatih ÖZ
Başhekim V.