



T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : 65355327/934.01.99

Konu : Piyasa Teklifi

PİYASAYA

Müdürlüğümüz Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Ambulanslarda kullanılan Tıbbi Cihazlarda kullanılmak üzere aşağıda belirtilen cins ve miktarları yazılı Sarf malzemeler piyasadan satın alınacağından, KDV hariç birim fiyat ve toplamların ekteki listeye yazılarak tekliflerinizin 15/04/2019 tarih ve Saat 14.00 kadar Müdürlüğümüz Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

Dr.Turgay KUS
Başhekim Yardımcısı

SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	AÇIKLAMA-UBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	ASPIRATÖR CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA	15	ADET			
2	DEFİBRİLATÖR CİHAZI EKG KABLOSU 10 LEAD MİNDRAY MARKA EKG GÖĞÜS KABLOSU (BEYAZ SOKET)	10	ADET			

Firma/Kaşe/İmza

NOT : 1- Nakliye, vs. masraflar satıcı firmaya aittir.
EK: Teknik Şartname (2 Sayfa)

MİNDRAY MARKA EKG GÖĞÜS KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ekg kablosu Mindray Beneheart D6/D7 defibratörüne uygun olmalıdır.
2. Ekg kablosu 5 leadli olmalı, derivasyon isimleri kablo üzerinde yazılı ve farklı renklerde olmalıdır.
3. Ekg kablosunun lead uçları mandallı klips şeklinde olmalıdır. Ekg ara kablo ile lead takımı ayrılmamalı, tek parça halinde olmalıdır. Kablolar blendajlı olmalıdır.
4. Tüm parçalar aynı firma ürünü olmalıdır.
5. Ürünün CE belgesi olmalıdır.

Jacart Atışın
ATT
Jm

İbrahim SAĞBAKAR
ATT
w

Mehmet KATIRCI
A

SPENCER MARKA ASPIRATÖR BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Spencer marka aspiratör bataryalarına uygun olmalıdır
2. Batarya 12v. 2800 Ah olacaktır.
3. Batarya orijinal soketi ile verilecektir
4. Numune verilecek ve performansa tabi tutulacaktır.
5. Bataryalar fabrikasyon hatalarına karşı 1 yıl garantili olacaktır.
6. Batarya pilleri SCR-RH özellikte olacaktır.

İbrahim Bayraktar
İbrahim

İbrahim BAYRAKTAR
İbrahim

Mehmet Kottelatlı
Mehmet