



T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : 65355327/934.01.99

Konu : Piyasa Teklifi

P İ Y A S A A R Ş T I R M A T E K L İ F B E L G E S İ

Müdürlüğümüz Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkanlığının Acil Sağlık Hizmetleri Biriminde Küvözde kullanılmak üzere şartnameye uygun olarak, aşağıda belirtilen cins ve miktarları yazılı 60 Adet Tüp (Kuru Hava) Alımı piyasadan satın alınacağından, KDV hariç birim fiyat toplamının ekteki listeye yazılarak tekliflerinizin 02/03/2019 tarih ve saat 12.00 kadar Müdürlüğümüz Satınalma Birimine gönderilmesini (MAİL-FAX YADA ELDEN) rica ederim.

Hasan DÜZ
V.H.K.i

SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	AÇIKLAMA-UBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	KURU HAVA GAZ DOLUMU (4 LT'LİK)	60	ADET			

Firma/Kaşe/İmza

NOT : 1- Nakliye, vs. masraflar satıcı firmaya aittir.

Ek: 1- Teknik Şartnameler

Camişerif Mahallesi İsmet İnönü Bul. No: 94 Anadolu Hayat Emeklilik İşhanı Kat 3: MERSİN Tel- Fax 0-324-2382810 - 159 233 53 35 e-mail:mersinilsaglikساتinalma@gmail.com Volkan GÖKDEMİR

MERSİN İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ
KURU HAVA GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartname, Mersin İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde bulunan kuvözlerde kullanılmak üzere kuru hava gazı teknik özelliklerini kapsar.

- 1- Solunabilir, renksiz ve kokusuz olmalıdır.
- 2- Partikül içermemelidir.
- 3- Tüplerdeki kuru hava basıncı 150 Bar'dan daha düşük olmamalıdır.
- 4- Dolumdan sonra eksik veya arızalı gelen tüpler, yüklenici firma tarafından dolumu yapılır. İkinci bir dolum ücreti talep edilemez.
- 5- Kuru Hava Gazı ürün spesifikasyonu aşağıdaki gibi olmalıdır.
 - a. Hacimce Oksijen 20,5-21,5
 - b. Azot 78,5-79,5
- 6- Yüklenici firma Kuru Havayı 112 Başhekimliğine ait tüplere doldurulup teslim etmelidir.
- 7- Yüklenici Firma tüpleri İl Ambulans Servisi Başhekimliği Teknik Destek ve Lojistik Biriminden, tüp alındı fişi ile teslim almalıdır.
- 8- Boş tüplerin doldurulma süresi, tüp tesliminden sonra 24 saati geçmemelidir.
- 9- Yüklenici Firma hafta sonu tatili ve resmi tatillerde de idare tarafından istenildiği takdirde ikmal yapacak personelleri hazır bulundurmalıdır.
- 10- Tüpler doldurulduktan sonra, Yüklenici Firma tarafından teslim fişi ile birlikte Teknik Destek ve Lojistik birimine olup karşılıklı imza ile teslim etmelidir.
- 11- Tüp vanaları üzerinde yüklenici veya gazın adının yazılı olduğu isim logosu yer alan ısı ile daraltılmış emniyet bandı ile kapatılmış olmalıdır.
- 12- Boş ve dolu tüpler dik ve kapalı vaziyette taşınmalıdır.
- 13- Tüplerin teflon ve özel contaları yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak verilmelidir.
- 14- Yüklenici firma, gaz dolum yerine ait Medikal Gaz Üretim veya Medikal Gaz Dolum Yeri belgesini idareye sunmalıdır.

Devlet Gazetesi
[Signature]

Abdullah Şahin
[Signature]

Mehmet KAHRAMAN
[Signature]