



T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : 65355327/

Konu : Piyasa Teklifi

P İ Y A S A T E K L İ F M E K T U B U

Müdürlüğümüze bağlı Kanser Birimi KETEM' lerde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde kanser taramalarında kullanılmak üzere tıbbi malzeme (Spekülüm) alımı yapılacağından, KDV hariç birim ve toplam fiyatının hisasına yazılarak 20/09/2019 tarihi Saat 14.00'a kadar tekliflerinizin Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.

Hasan DÜZ

V.H.K.İ

SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	Disposable Spekülüm (L)	2.500	ADET		
2	Disposable Spekülüm (M)	15.000	ADET		
3	Disposable Spekülüm (S)	2500	ADET		

Firma/Kaşe/İmza

EKİ : 1 Syf. Teknik Şartname

NOT : Nakliye, vs. masraflar satıcı firmaya aittir.

Camişerif Mahallesi İsmet İnönü Bul. No: 94 Anadolu Hayat Emeklilik İşhanı Kat 3: MERSİN Tel- Fax 0-324-2326464 -421 (pbx) 233 53 35 e-posta.mersinilagsatinalma@gmail.com İrtibat:İd.ve Mal.İşl.Şub.Müd. Satınalma Volkan GÖKDEMİR


MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - MERSİN İL
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT BİRİMİ
19/09/2019 09:20 - 65355327-841.02.17-3450





00101708153

DİSPOSABLE VAGİNAL SPEKULUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Spekulum poşetlerde tek tek ambalajlanmış ve tek kullanımlık olmalı
- 2- Spekulumlarda kilit sistemi bulunmalı
- 3- Üç parçadan oluşmalıdır, üst çene doku tahribatı yapmaması için yuvarlatılmış olmalı, alt çene ele rahat oturması için ergonomik olmalı, mandal kilitlendiği zaman açılmamalı, yüzey üzerinde herhangi bir iz veya çapak olmamalıdır. Ham maddesinin kırılma direnci yüksek olmalı
- 4- Ürün tekli steril ambalajda olmalı, ürün miadı en az 3(üç) yıl olmalı
- 5- Ürün şeffaf olmalı, dokuya zarar verebilecek keskin ve köşeli yüzeyi olmamalı, bu şekilde dokuya zarar verebilecek malzeme tespit edildiğinde yenisiyle değiştirilecektir.
- 6- Ürün üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve firma bilgileri olmalı
- 7- Spekulumların ebatları Dünya Sağlık Örgütünün kabul etmiş olduğu ebatlarda olmalı
- 8- Teklif edilen malzeme yerli veya ithal ise,
 - a- Teklif edilen malzemelerin tıbbi cihaz yönetmelikleri sınıflarına göre CE işareti ile ilgili olarak.
 - b- Onaylanmış kuruluş tarafından verilmiş tam kalite güvence sistemi ile ilgili CE sertifikası.
 - c- CE işareti uygunluk beyanı.
- 9- Spekulumlar büyük boy (large), orta boy (medium) ve küçük boy (small) olmalıdır.
- 10- Numune getirilmesi gerekli olup, değerlendirildikten sonra uygunluğuna ve alımına karar verilecektir.


Mesut TURHAN
Uzman


Selime Arslan
Ebe


Emine AKLAN
Sicil No : E 77447
Ebe