



T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - MERSİN İL
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT BİRİMİ
01/10/2019 11:44 - 65355327-949-3572



00102584498

Sayı : 82542343 /

Konu : Piyasa Teklifi

PİYASAYA

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde bulunan Okulçağı İşitme Tarama programında Kullanılan Odyometri Cihazlarının Kalibrasyon Hizmet Alım işi aşağıda belirtilen cins ve miktarları yazılı malzemeler piyasadan satın alınacağından, KDV hariç birim fiyat toplamların ekteki listeye yazılarak tekliflerinizin 21/10/2019 tarih ve saat 14.00 'a kadar Müdürlüğümüz Satınalma Birimine elden veya fax yada mersinilsaglik satin alma@gmail.com mail adresine gönderilmesini rica ederim.

Aziz YAMAN
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	ODYOMETRİ CİHAZLARI KALİBRASYON HİZMETİ	12	ADET		

Kaşe/İmza

NOT : 1- Nakliye, vs. masraflar satıcı firmaya aittir.

2- Malzemeler Orijinal olacaktır

EKLER: 1- Teknik Şartname (1 Syf)

2-Cihaz Listesi


Camişerif Mahallesi İsmet İnönü Bul. No: 94 Anadolu Hayat Emeklilik İşhanı Kat 3: MERSİN Tel- Fax 0-324-2326464 -421 (pbx) 233 53 35
e-posta.hsm33.idmi@saglik.gov.tr İrtibat:İd.ve Mal.İşl.Şub.Müd. Satınalma Volkan GÖKDEMİR


TARAMA ODYOMETRE CİHAZI (İNTERAKTİF OYUN ODYOMETRESİ)

Kalibrasyon Teknik Şartnamesi

1. Kalibrasyonu yapılacak odyometre cihazlarının kalibrasyonları ANSI 3.6; EN 60645-1; EN 60645-2; ISO 389-1 referans standartları doğrultusunda yapılacaktır.
2. Kalibrasyon yapacak firma cihazların kalibrasyonlarına ek olarak cihazların genel kontrollerini de ücretsiz olarak yapacaktır.
3. Kalibrasyon yapacak firma, kalibrasyonu yapılacak odyometre cihazı markasının yetkili servisi olduğunu gösteren Türk Standartları Enstitüsü TS 12426 Yetkili Servisler belgesine sahip olmalıdır ve belge içeriğinde kalibrasyonu yapılacak odyometre cihazı markasının adı geçecektir.
4. Kalibrasyon yapacak firmanın; kalibrasyonu yapılacak odyometre cihazı markasına sahip ürünler için, kalibrasyon ve servis hizmeti yetkilisi olduğunu gösteren üretici firmadan alınmış yetki belgesi olacaktır.
5. Kalibrasyon yapacak firma ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olacaktır.
6. Kalibrasyon yapacak firma ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetimi sertifikasına sahip olacaktır.
7. Kalibrasyon yapacak firma 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olacaktır.
8. Kalibrasyon yapacak firma ISO 20000-1 : 2005 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi sertifikasına sahip olacaktır.
9. Kalibrasyonu yapılan odyometre cihazlarının menüsünde kalibrasyon bitiş tarihi kalibrasyonun yapıldığı tarihten 1 (bir) yıl sonrası olarak görüntülenecektir.
10. Kalibrasyonu yapılacak odyometre cihazlarının kargo ücretleri kalibrasyon işini yapacak olan firmanın belirleyeceği firma ve şartlar ile gönderilmesi şartı ile firma tarafından karşılanacaktır.
11. Cihazlar için istenilen kalibrasyon, hava ve kemik yolu değerleri için olup elektrik vb. kalibrasyonlar kabul edilmeyecektir.
12. Cihaz, cihazda kullanılan hava yolu ve kemik yolu başlıkları ile beraber standart değerlere uygun olarak kalibre edilecektir.


Seray ERDEM
Hemşire


Fatma AKCAKUYU
Ebe


D. Atamer
Gowk Gelişimci